



Hrdlička spol. s r.o.
Za Lužinami 1084/33
Praha 5

V Praze 5.2.2020

PROTOKOL O KALIBRACI č. 029/2020

Typ přístroje: Trimble R8

Výr. číslo: 5939R91001

Měřil: M. Florýk

Dne: 5.2.2020

Základna: Braník

Na základě servisní prohlídky, nastavení přístroje a následného kontrolního měření bylo zjištěno:

Výsledek testu: Výsledky provedeného kalibračního měření plně odpovídají přesnosti udávané výrobcem pro daný typ přístroje:

Statická a rychlá statická metoda GPS

Poloha: $\pm 5\text{mm} + 0,5\text{ppm RMS}$

Výška: $\pm 5\text{mm} + 1,0\text{ppm RMS}$

Kinematická metoda

Poloha: $\pm 10\text{mm} + 1\text{ppm RMS}$

Výška: $\pm 20\text{mm} + 1\text{ppm RMS}$

Doba platnosti: 2 roky do: 02 2022

Geotronics Praha

GEOTRONICS Praha, s.r.o.
Pikovická 11, 147 00 Praha 4
IČ: 48027014 DIČ: CZ48027014

GEOTRONICS Praha, s.r.o.
Pikovická 206/11
147 00 Praha 4

IČO: 48027014
DIČ: CZ48027014

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank
č.ú.: 1031100260/5500

Tel.: +420 296 801 183-6
Fax: +420 296 801 185
geotronics@geotronics.cz
www.geotronics.cz

Michal Martinek

Autorizované servisní centrum Trimble