

příloha č. 2 - bližší specifikace předmětu koupě (požadavek kupujícího)

Požadavky na kvalitu vzorku:

Předložený vzorek musí být shodný s následně dodávanými respirátory po dobu trvání smlouvy

FFP2 bez výdechového ventilku:

- splňuje normu EN 149+ A1:2009,
- splňuje požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích,
- na respirátoru musí být čitelně uvedeny veškeré informace a značení v souladu s normou. Zároveň musí tyto informace souhlasit s předloženým certifikátem,
- každý respirátor musí být samostatně zabalen v sáčku. v 1 balení (krabice) pak může 10 až 100 kusů. Na balení musí být v českém jazyce návod k použití a veškeré povinné informace o výrobku,
- na každém respirátoru či na balení musí být datum výroby a datum expirace. Minimální expirační doba 24 měsíců,
- respirátor musí být vyroben s několikanásobnou filtrační funkcí,
- respirátor musí být vyroben jako hypoalergenní (bez přítomnosti latexu, skelných vláken a niklu) a šetrný k pokožce. Musí být i prostý zápachu,
- respirátor musí být vhodný pro všechny typy obličejů dospělých jedinců a pokrývat nos, ústa i bradu. Nesmí odstávat a musí se dobře přizpůsobovat tvaru obličeje,
- respirátor nesmí omezovat zorné pole směrem dolů,
- respirátor musí být opatřen nosní svorkou,
- gumičky k uchycení respirátoru za uši musí být měkké a nesmí tlačit.

Požadavky na předložení dokumentace:

- Platný certifikát prokazující zcela zřetelně, že se vztahuje k předloženému vzorku a že vzorek splňuje požadovaných vlastností.
- Certifikát musí být vystaven pověřenou osobou oprávněnou k certifikaci Osobních ochranných prostředků dle nařízení EU 2016/425.
- Pokud nebude originál certifikátu předložen v českém či slovenském jazyce, musí být současně dodán úředně ověřený překlad do českého jazyka.