

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 5586/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Pavlína Schmittová
Telefon +420 972 226 454

E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 10. února 2022

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Nákup měřidel včetně kalibrace“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z uchazečů výše uvedené zakázky na její realizaci pod č. j. 4824/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 8. 2. 2022.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, rádi bychom Vás požádali o ujištění, že položka 16 Momentový klíč, upínání 1/2", 0 - 340 Nm, přesnost 4%, včetně kalibrace má mít opravdu rozsah 0-340Nm.

Odpověď č. 1:

V položce č. 16 má být správně uvedeno - momentový klíč, upínání 1/2, 70 – 340 Nm.

Dotaz č. 2:

Prosím o překontrolování položky č. 19. ve Vaší poptávce. Pokud vím tak měřidlo s rozsahem 0 – 250 mm je vyráběno s rozlišením 0,02 mm. Myslím, že se jedná o chybu. Jistě nepožadujete od posuvného měřítka rozlišení 0,001 mm.

Odpověď č. 2:

V položce č. 19 má být správně uvedeno - posuvné měřítko analogové 250 mm/0,02 mm.

Opravený Nabídkový ceník je přílohou č. 1 této dodatečné informace.

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl Zadavatel o změně článku 7. Lhůta pro podání nabídky a způsob podání nabídek, bodu 7.1 Lhůta pro podání nabídky takto:

Původní termín: 23. 2. 2022 do 8:00 hod.

Nový termín: 25. 2. 2022 do 8:00 hod.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Přílohy

Příloha č. 1: Nabídkový ceník

Za správnost: