

Dodavatel:



Adresa:

U Kapličky 1199, 165 00 Praha 6
IČO: 480 41 424, DIČ 006-48041424
tel. / fax : (+420) 220 920 184

Uživatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zařízení: Vozík GG-05
Seriové číslo: 120104

KALIBRAČNÍ PROTOKOL

Číslo: GG05.120104.20201030

Datum: 30-10-20

Odběratel

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod

p. Martin Kuba
kozlik@chladek-tintera.cz

Etalon: Kalibrační rám RD_002/2014, Certifikát PP construction č. (A4037-A4041)/2015.0

Podmínky: Teplota 20±0.5 C, laboratoř KŽV, Praha

Metoda: Kalibrace provedena podle "Kalibrační proces pro měřicí vozík Krab č. 07/KŽV/2.1999"

Rozchod	
zisk k [-]	posun q [dif]
-	1265.0

Převýšení	
zisk k [-]	posun q [deg]
-	-0.183

Nejistoty:

Výsledek kalibrace:

Standardní nejistota byla určena v souladu s publikací EAL-R2
Zařízení vyhovuje použití na železničních tratích

Kalibrace byla provedena dne:

Razítko a podpis:

mobil: +420 739 435 191

30.10.2020

P. Kotajný



Komerční železniční výzkum, spol. s r. o.
U Kapličky 1199/16, 165 00 Praha 6
IČ: 48041424, DIČ: CZ48041424